

你家的仪器怎么申请报废

吴林

(远梦家居用品股份有限公司, 广东 广州 510000)

实验室仪器是实验室的主要固定资产, 大多数都是耐用性的, 十年, 十几年的仪器很多都是还在正常使用, 但是也有很多同类仪器已经不在, 比如一起买的三台仪器, 其中两台还是在正常使用中, 另一台仪器早早的就‘退役’了。

仪器一般是属于耐用性的, 可能修修补补很多次还是可以继续使用, 但是终归还是有寿命的, 所以实验室无论多么高大上, 无论价值多高, 都是会有报废的那么一天。

仪器的寿命其实和使用的频次及维护保养有一定关系, 所以我们针对仪器会制定保养计划, 维护程序, 甚至编写仪器保养维护作业指导书, 但是不管怎么样, 只是延长仪器的使用时间, 不可能成为‘永动机’的。

首先仪器的内部保养, 仪器管理员要负起一部分责任, 对仪器保养要有监督, 对保养记录要及时查看, 仪器使用人员, 要按标准操作仪器, 爱惜使用仪器, 仪器出现故障要能第一时间发现, 向领导反映, 对于公用的仪器, 发现异常, 要在仪器醒目位置贴上停用标示, 防止其他同事误用, 等待维修。

当实验室内部无法维修时, 要联系厂家进行维修, 厂家要给与处理意见和维修报价。

1. 当厂家确定维修后可能也会经常损坏, 或者精度不够
2. 或者维修成本超过新仪器的 50%, 甚至更多时, 要进行评估
3. 仪器已经过了使用年限, 且主要的配件损坏, 没有很大维修价值时

这样的情况下, 我们会考虑仪器报废, 当然也要进行必要的验证, 首先要填写仪器报废申请表, 然后让技术负责人, 设备维修人员, 仪器负责人进行评估并给与意见。

仪器设备报废申请表

仪器设备名称	恒温恒湿箱			
规格型号	准确度	测量范围	生产厂家	出厂编号
Sd001	±2℃	0-100℃	XXX	Ft0256

报 废 原 因	<p>无法正常开机，厂家初步维修后，仪器通电无法运行， 控制面板，制冷装置都已损坏，内部腐蚀严重。</p> <p>申请人： xx1 X 年 X 月 X 日</p>
仪器负责人意见	<p>仪器无法运行，如维修，需要更换配件价值超过仪器成本 50%以上，还不能保证仪器的精确度。</p> <p>X 年 X 月 X 日</p>
技术负责人意见	<p>属实，也确实维修意义不大，建议报废</p> <p>X 年 X 月 X 日</p>
实验室主任	<p>同意该仪器报废处理</p> <p>X 年 X 月 X 日</p>

